



# 河北省计量监督检测院

Hebei Institute of Metrological Supervision and Measurement

## 校准证书

Calibration Certificate



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L 1075

证书编号: WSGH17-JZ1039

Certificate No.

客户名称  
Name of Applicant 新疆维吾尔自治区煤矿矿用安全产品检验中心

客户地址  
Address 新疆乌鲁木齐市南昌路 131 号

器具名称  
Name of Measuring Instruments 油品闭口闪点测定仪

型号/规格  
Type/size FS-XD

出厂编号  
Name of Applicant 2017031180325

制造单位  
Manufacturer 武汉世纪华胜科技有限公司

校准技术依据  
Reference Documents for the Calibration JJF 1384-2012 开口/闭口闪点测定仪校准规范

批准人  
Authorized by 刘红彦

核验员  
Inspector 孙明

校准员  
Operator 刘红彦

校准日期  
Issued Date 2017 年 03 月 14 日  
Year Month Day

地址 (Add): 石家庄市友谊南大街 175 号  
电话 (Tel): 0311-88606665 (检测业务部)  
0311-88606666 (客户服务中心)

邮编 (Post Code): 050051  
传真 (Fax): 0311-88606665  
E-mail: hbjl\_ywb@163.com



# 河北省计量监督检测院

Hebei Institute of Metrological Supervision and Measurement

证书编号 WSGH17-JZ1039

## 校准机构授权说明:

本实验室是省级法定计量检定机构、省级科技成果鉴定检测机构。

法定计量检定机构授权证书号为(国)法计(2012)01012号。

本实验室质量管理体系符合 ISO/IEC 17025 标准的要求,并经中国合格评定国家认可委员会认可,认可证书号为 CNAS L1075。

本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

## 校准环境条件及地点:

温度	20 °C	地点	石家庄市鹿泉区上庄大街河北质监检测中心
湿度	30 %RH	其他	/

## 校准使用的主要计量标准器:

名称	标准值	扩展不确定度(°C)	检定/校准证书编号	有效期至
闭口闪点标准物质	104.4°C	$U=3.0^{\circ}\text{C} \quad k=2$	GBW(E)110049	2017年05月09日



# 河北省计量监督检测院

Hebei Institute of Metrological Supervision and Measurement

证书编号 WSGH17-JZ1039

## 校准结果

闪点仪示值 $T$ ( $^{\circ}\text{C}$ )		104.1
标准物质	标准值 ( $^{\circ}\text{C}$ )	104.2
	扩展不确定度 ( $^{\circ}\text{C}$ ) $k=2$	3.0
示值误差 $\delta_R$ ( $^{\circ}\text{C}$ )		-0.1

-----以下空白-----

- 提示:
1. 该计量器具修理后, 应立即校准。
  2. 在使用过程中, 如对该计量器具的计量性能产生怀疑, 应重新校准。
  3. 根据客户要求或校准文件的规定, 正常使用情况下 12 月校准一次; 如使用过于频繁或使用环境过于恶劣等, 建议缩短校准间隔。
  4. 未经本实验室书面批准, 本证书不得部分复印。