



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 电字第 3169420 号
Certificate No.



扫码识真伪

证书单位 武汉世纪华胜科技有限公司
Applicant

计量器具名称 交直流分压器
Name of Instrument

型号/规格 FRC-50kV
Type/Specification

出厂编号 1608030
Serial No.

制造单位 武汉世纪华胜科技有限公司
Manufacturer

校准依据 参照 JJG(鄂) 13-2001
Calibration Regulation

市计量测试
证书骑缝



批准人 贾棋
Approved by

核验员 王荣
Checked by

校准员 王斌
Calibrated by

校准日期 2016 年 09 月 12 日
Date of Calibration Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鄂)法计(2013)A001号
Authorization Certificate No.
地址: 湖北省武汉市江堤中路 28 号
Address
传真: (027) 84825873
Fax

电话: (027) 84846917, 84825873
Telephone
邮编: 430050
Post Code
电子邮件: jis@whbts.gov.cn
Email



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第 3169420 号
Certificate No.

- 本所是国家法定计量检定机构, 授权证书号: (鄂) 法计 (2013) A001 号
This body is an institute of legal verification, Authorization certificate No: (鄂)法计 (2013) A001 号

- 本次校准所使用的主要计量标准器
Standards of measurement used in the Calibration

名 称 Name	证 书 编 号 Certification No	有 效 期 Valid date to
数字高压表	电字第 3168002 号	2017-04-24



- 校准环境条件
Environmental condition on the Calibration

温度: 20 °C 湿度: 60 %RH 其它: 无
Temperature Humidity Others

地点: 生产车间
Place

w160908023

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



证书编号: 电字第 3169420 号
Certificate No.

校准结果

Results of the calibration

一、外观及工作正常性检查:
正常。

二、高压试验:

显示值(kV)		标准值(kV)
AC	DC	
10.04	9.98	10.00
20.06	19.98	20.00
30.10	29.96	30.00
40.16	39.95	40.00
50.21	49.90	50.00
—	59.85	60.00
—	69.80	70.00

测量结果的不确定度: (AC) $U_{rel}=1.1\%$ $k=2$
(AC) $U_{rel}=0.7\%$ $k=2$

以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为 12 个月。

Due date of next calibration is 12 months.